



### DESRIPTIF

Les lames de bistouri stériles STARCARE sont fabriquées en acier inoxydable de qualité médicale, et sont stérilisées aux rayons Gamma après emballage, pour un usage clinique jetable.

Ces lames sont destinées à être montées sur des manches bistouri, afin que les médecins s'en servent pour découper les tissus mous.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Tranchant de la lame : Force d'incision  $\leq 8N$

- Dureté :  
Acier au carbone  $\geq 800HV10$   
Acier inoxydable  $\geq 700HV10$

- Niveau de stérilisation : SAL =  $10^6$

- Tailles des lames :

Lames pour manche n°3 : n°9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6, 10A, 12B, 12D, 15A, 15C, 17

Lames pour manche n°4 : n° 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 22A

Lames spéciales : Lame de Swann-Morton coupe points